

※入札公告を必ず確認してください。(海老名市ホームページに掲載しています)

入札案件概要書 (物品)

契約番号 : 6819

件名	3歳6か月児健康診査屈折検査機器購入	
履行場所	海老名市中新田 377 番地 えびなこどもセンター	
期間	令和6年5月21日 ~ 令和6年7月31日	
契約の内容等	別紙 仕様書等 のとおり	
予定価格	1,467,400 円 (税込)	1,334,000 円 (税抜)
入札方法等	条件付一般競争入札(電子入札)	
質疑 (同等品や仕様等 に関する事項)	所定の書式により、FAX で受け付けます。 電子入札システムの機能は使用しないでください。	

参加条件	営業種目	705 医療機器	
	発注区分 <small>区分の詳細は入札公告 で確認してください。</small>	第 4 区分	第1・第2区分の入札に初めて参加する場合は、営業実態調査票及び認定書の写しを提出してください。
	その他の要件	なし	
事前提出書類 <small>(システム添付)</small>	なし		
落札候補者が 提出する書類 <small>(FAX046-232-6574)</small>	なし		

3歳6か月児健康診査屈折検査機器購入 仕様書

- 1 件 名 3歳6か月児健康診査屈折検査機器購入
- 2 納品場所 海老名市中新田 377 番地 えびなこどもセンター
- 3 履行期間 契約締結の日から令和6年7月31日まで

4 品名等

- (1) スポットビジョンスクリーナー (キャリーケース付)
米国ウェルチ・アレン社製 AU-VS100S-J
- (2) SVSプリンターセット (本体・電源ケーブル付)
米国ウェルチ・アレン社製 AU-SVS-PS

5 規格等

- (1) スポットビジョンスクリーナー (キャリーケース付) AU-VS100S-J

ア 数 量 1台

イ サイズ・重量 外形寸法：171 (W) ×216 (D) ×121 (H) mm 重量：約1,157g

ウ 特 性

- (ア) AAP (米国小児眼科学会) の弱視危険因子のスクリーニングガイドラインに準拠していること。
- (イ) 携帯型であること。
- (ウ) 対象者から約1m程度で測定でき、数秒でスクリーニングが可能であること。
- (エ) 両眼を同時に測定できること。
- (オ) スクリーニング中に、対象者の興味を惹くよう光や音が発せられる仕様であること。

エ 付 属 品 AC電源コード・リストストラップ・キャリーケース

- (2) SVSプリンターセット (本体・電源ケーブル付) AU-SVS-PS

ア 数 量 1台

イ 付 属 品 本体・電源ケーブル

6 その他

- (1) 納品予定日については、担当課に納品の1か月前までに報告すること。
- (2) 価格には、運送費等の一切を含むこと。
- (3) 保証期間は1年間とする。ただし、1年間以上の保証期間がある場合は、その保証期間とする。また、メーカー又は納入業者の責任に帰する汚損、不良その他不具合が生じた場合は、速やかに交換に応じること。
- (4) 修理取り替え等で時間を要する場合は、代替機等の調整を行うこと。
- (5) その他、本仕様書の記載のない事項については、双方協議の上決定すること。
- (6) 本契約の履行に際し、関係法令及び規則等を確実に順守すること。

3歳6か月児健康診査屈折検査機器購入 設計書

品名	数量	単価	金額
1 スポットビジョンスクリーナー (キャリーケース付) 米国ウェルチ・アレン社製 品番：AU-VS100S-J	1台		
2 SVSプリンターセット (本体・電源ケーブル付) 米国ウェルチ・アレン社製 品番：AU-SVS-PS	1台		
小計			
消費税及び地方消費税相当額 (10%)			
合計			