

入札に関する質疑

件 名	(物品) 7822_自動体外式除細動器 (A E D) パッケージ貸貸借		
受付日	質疑		回答
4/11	1	・ 7 貸貸借品目 (1) の電極パッドの個数は AED1 台につき予備を含め 2 組の構成でよろしいでしょうか。 ・ 7 貸貸借品目 (1) にバッテリーが含まれておりませんが、AED1 台につきバッテリー 1 個の構成でよろしいでしょうか。 ・ 7 貸貸借品目 (1) AED 収納ボックス (壁掛け式) は三和商事製 AED 収納ボックス壁掛けタイプ 型式 : 901-203 でよろしいでしょうか。資料を添付いたします。 ・ 7 貸貸借品目 (1) AED 収納ボックス (スタンド式) は三和商事製 AED 収納ボックスミニスタンド 型式 : 901-210 でよろしいでしょうか。資料を添付いたします	Q1 電極パッドの個数は AED 1 台につき予備を含め 2 組の構成でよろしいか。 A お見込みのとおりです。 Q2 バッテリーが含まれておりませんが、AED 1 台につきバッテリー 1 個でよろしいでしょうか。 A お見込みのとおりです。 Q3 AED 収納ボックス (壁掛け式) は三和商事製 AED 収納ボックス壁型式 : 901-203 でよろしいでしょうか。 A 三和商事製 AED 収納ボックス壁型式 : 901-203 でも可能とします。 Q4 AED 収納ボックス (スタンド式) は三和商事製 AED 収納ボックススタンド形式 : 901-210 でよろしいでしょうか。 A 三和商事製 AED 収納ボックススタンド形式 : 901-210 でも可能とします。

4/11	2	「リース」とありますが、弊社は、AEDを含む高度管理医療機器の販売業・賃貸業許可を取得していますので、リース会社を介さず直接お貸しする賃貸借契約としてよろしいでしょうか。 仕様書 6 (1) 消耗品について「交換」とありますが、消耗品の定期交換は、使用期限を迎える前に、QRコード読取で交換要領が分かる案内文書と新しい消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者へ交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。 AED使用時には、弊社コールセンターへご連絡頂き、QRコード読取で交換要領が分かる案内文書と補充消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者へ交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。 仕様書 6 (2) 「修理」とありますが、機器の異常が発生した場合は、お客様より弊社コールセンターに連絡いただくことで、状況を確認のうえ機器交換を行い原状復帰しますがよろしいでしょうか。 修理ではなく交換で対応するため、医療機器修理業の許可は不要との認識でよろしいでしょうか。	Q5 「リース」について A 可能とします。 Q6 消耗品の「定期交換」について A お見込みのとおりです。なお、消耗品を送付の際は事前に消防本部へ連絡を行うものとします。 Q7 AED 使用時の消耗品の「交換」について A お見込みのとおり。なお、消耗品を送付の際は事前に消防本部へ連絡を行うものとします。 Q8 「修理」について A お見込みのとおりです。医療機器修理業の許可は不要とします。
------	---	--	--

4/11	2	仕様書 6 (3) ① 消防本部に電極パッド及び消耗品等の予備×2 セットについては、設置先に納品する 4 台に付属する消耗品等とは別に手配する必要がある認識でよろしいでしょうか。 ② 「連絡をうけた翌日中に消耗品等の交換が対応可能であれば予備セットは不要とする」とありますが、翌日に送付できない場合には、代替機を貸出できれば上記①は不要とさせて頂いてもよろしいでしょうか。 仕様書 7 「AED 用キャリングバック Y184A」とありますが、AED 本体、予備電極パッド、レスキューキットを収納する弊社製のキャリングケース (AE-D3204) でもよろしいでしょうか 仕様書 7 「脱毛テープ」とありますが、剃毛用の安全カミソリでもよろしいでしょうか 仕様書 7 「ネームホルダー」とありますが、テプラの貼り付けでもよろしいでしょうか。	Q9-1 消耗品について A お見込みのとおりです。 Q9-2 消耗品の交換対応について A 不可とします。 常時使用可能状態を維持するため、AED の使用後は、すみやかに予備パッドと交換いたします。そのため、消防本部には、交換可能な予備パッドのセットが必要となります。 Q10 「AED 用キャリングバック Y184A」について A 不可とします。仕様書のとおり、キャリングバック YC-310V とします。 Q11 「脱毛キット」について A 可能とします。ただし、キャップ付き及び横滑り防止仕様とし、使用者が安全に使用できるものとする。 Q12 ネームホルダーについて A 可能とします。
------	---	---	--

4/11	2	仕様書 7 「AED 収納ボックス（壁掛け式）」「AED 収納ボックス（スタンド式）」とありますが、弊社製の壁露出型ボックスを同等品とご承認いただけますでしょうか。 「AED 収納ボックス（スタンド式）」とありますが、「スタンド型ボックス」とありますが、弊社製の AED ボックス（AE-B0090）でよろしいでしょうか。 前記ボックスをご承認頂けない場合、弊社製の AED ボックス（AE-B0010）でよろしいでしょうか。 また A E D ボックス（AE-B0010）に関して床固定は不要でよろしいでしょうか。 なお床固定が必要な場合、固定する床材は木材あるいはコンクリートでしょうか。 床材が木材あるいはコンクリート以外の場合は、床固定の可否および予算の調査が必要なため教えてください。 仕様を添付しますので、ご回答をお願いします。	Q13-1 「AED 収納ボックス（壁掛け式）」について A 同等品を可とします。 Q13-2「AED 収納ボックス（スタンド式）」について A 同等品を可とします。ただし、AED 本体が常に使用可能であることが目視で確認できるものに限る。 Q13-3「床固定」について A お見込みのとおりです。
------	---	--	--

4/11	仕様書 8 (6) 「WEB 上で一括集中監視できる機能」とありますが、オンライン監視により、消耗品の交換時期等を Web 上で確認することができ、異常がある場合はメール通知とあわせて弊社コールセンターから電話連絡させていただき、AED の異常内容をお客様に確認頂く運用が必須であるとの認識でよろしいでしょうか。 また上記対応に加え、AED の稼動状態（AED 本体の故障、パッドの使用期限、バッテリー残量）のレポート提出は必要でしょうか。必要な場合、レポートの提出のタイミングを「毎月」「隔月」「年 1 回」からお教え頂けますでしょうか。なおレポートの提出は遠隔監視システムをご利用の場合に限定したサービスでメールにて提出します。 また設置場所の電波状況が悪い場合は、通信状況の改善する場所を検討し、それでも改善が難しい場合は、別途協議するとの認識でよろしいでしょうか。 仕様書 8 (7) 心電図データについて、データ取り出しが必要な場合、遠隔監視システムによるデータ取り出し対応を行えばよろしいでしょうか。 心電図ソフトが必要な場合、動作 OS は Windows8.1 (64bit、32bit)、Windows10 (64bit、32bit) 対応のパソコンとなりますでしょうか。尚、タブレットでは動作確認ができておりませんので、タブレットへの出力は対象外とさせていただいてよろしいでしょうか。 また、設置台数 4 台に対するソフトの必要枚数を教えて頂けますでしょうか。	Q14-1 「WEB 上で一括集中監視できる機能」について A お見込みのとおりです。 Q14-2 「レポート提出」について A レポート提出は必要とし、毎月とします。 Q14-3 「設置場所の電波状況が悪い場合」について A 設置場所の電波状況が悪い場合は別途協議とします。 Q15 「心電図データの取り出し」について A お見込みのとおりです。 心電図管理ソフトは 2 個とします。 パソコン、タブレットについてもお見込みのとおり。
------	--	--